

OGGETTO: SEDUTA PUBBLICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SU MEPA, APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL BANDO "TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON)" E DENOMINATA "FORNITURA DI DPI" PER LA FORNITURA DI DPI UTILI PER L'EMERGENZA COVID 19 (MASCHERINE FFP2 SENVA VALVOLA - TUTE MONOUSO - TERMOMETRI FRONTALI A RAGGI INFRAROSSI - VISIERE FACCIALI PROTETTIVE - BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS) PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE,

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13.40 in Napoli negli uffici della U.O. Amministrativa del Servizio Polizia Locale di Via de Giaxa, n 5, sono presenti il RUP Cap.Barone Alfredo, il M.llo Sebillo Salvatore, in qualità di testimone e di segretario verbalizzante, per la valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche pervenute PER LA FORNITURA DI DPI UTILI PER L'EMERGENZA COVID 19 (MASCHERINE FFP2 SENVA VALVOLA - TUTE MONOUSO - TERMOMETRI FRONTALI A RAGGI INFRAROSSI - VISIERE FACCIALI PROTETTIVE - BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS) PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE UN AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN SOGGETTO ECONOMICO INDIVIDUATO TRAMITE RDO DELLA PIATTAFORMA MEPA APERTA A TUTTI I SOGGETTI ECONOMICI ABILITATI AL BANDO "TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON)" - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. -----

Premesso:

- che questa Stazione Appaltante, per la fornitura in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 30.10.2020, reg. con I.G. 1641 del 10.11.2020, ha indetto procedura per un affidamento diretto ad un soggetto economico individuato tramite RdO della piattaforma MePa aperta a tutti i soggetti economici abilitati al bando "Tessuti, Indumenti (DPI e non)" e denominata "Fornitura di DPI" - procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, differenziando in 6 lotti, aggiudicando gli stessi col criterio del minor prezzo, e differenziando la gara come di seguito specificato;

Lotto	Descrizione articolo	Quantità	Importo unitario massimo in euro a base di gara iva esclusa	Importo complessivo massimo in euro a base di gara iva esclusa	CIG	Data ultima di consegna
2	2) Mascherine di protezione FFP2 senza valvola - Iva esente	10000	€. 3,20	€. 32.000,00	ZC62F00180	31/12/20
3	3) Camici monouso - Iva esente	1000	€. 3,20	€. 3.200,00	ZD12F00186	31/12/20
4	4) Termometri frontali a raggi infrarossi - Iva esente	100	€. 43,60	€. 4.360,00	ZB42F0018D	31/12/20
5	5) Visiere/schermo facciale protettivo - Iva esente	200	€. 3,80	€. 760,00	ZE72F00192	31/12/20
6	6) Barriera parafiato in plexiglass - Iva al 22%	100	€. 50,00	€. 5.000,00	ZA22F0019A	31/12/20

- che l'appalto è gestito totalmente tramite procedura telematica, avvalendosi della RdO della piattaforma ME.PA.;
- che il criterio di aggiudicazione individuato è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per ogni lotto;
- che il 06.11.2020 è stata lanciata la RdO n. 2679288 sulla piattaforma ME.PA.;
- che è stato previsto, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche, il giorno 20 novembre 2020 ore 20.00;

SS

Considerato:

- che la procedura di gara è tutta telematica gestita sulla piattaforma MePa (quindi tracciabile e visionabile dagli operatori);
- che il 28 novembre 2020 alle ore 13.46 si procedeva all'apertura delle buste amministrative (valido per tutti i lotti);
- che veniva fatto ricorso al soccorso istruttorio alle seguenti ditte: - Co.Di.San, per l'invio dei documenti con firma digitale valida; - Parkforfun, per l'invio di valido documento di riconoscimento; - St Protect SpA per l'invio della dichiarazione sostitutiva del LUL e del patto di integrità; - Via Mercanti Srl, per l'invio di valido documento di riconoscimento; - Frangi, per l'invio della dichiarazione sostitutiva e dichiarazione sostitutiva del LUL e del patto di integrità, concedendo come termine inderogabile le ore 20.00 di venerdì 04.12.2020 (comunicazioni effettuate tramite pec e tramite l'apposita funzione "Comunicazioni" sulla piattaforma MePa);
- che le ditte Co.Di.San, St Protect SpA e Via Mercanti Srl riscontravano opportunamente nei termini il soccorso istruttorio, per tanto venivano ammesse alla fase successiva;
- che le ditte Parkforfun e Frangi non riscontravano entro il termine indicato, e pertanto venivano escluse dalla fase successiva (comunicazioni effettuate tramite pec e tramite l'apposita funzione "Comunicazioni" sulla piattaforma MePa);
- che il 10 dicembre 2020 alle ore 18.38 terminava l'esame delle buste amministrative;

Dato atto che per il LOTTO 2:

- che l'esame delle buste tecniche (non oggetto di valutazione ma solo di approvazione) iniziava alle ore 09.00 del 18 dicembre 2020 e terminava alle ore 08.27 del 21 dicembre 2020;
- che venivano escluse le seguenti ditte (in tale sede non è stato possibile ricorrere al soccorso istruttorio in quanto lo stesso avrebbe cambiato l'offerta dell'operatore economico; l'esclusione è stata opportunamente comunicata alle ditte con l'apposita funzione "Comunicazioni" sulla piattaforma MePa):
DBM International; Edilkom; Estintori PM; Ikon s.r.l.; Kromed; Mc Group Italy; Medical Point Roma; Newbusiness; Niko s.r.l.; Tre T Medical = Concorrenti esclusi per non aver inserito la scheda tecnica del prodotto così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
Com.Med = Concorrente escluso per non aver allegato foto del prodotto, così come previsto da CSA;
Passion = Concorrente escluso perché i file allegati non si aprono;
- che l'esame delle buste economiche relative iniziava alle ore 15.38 del 22 dicembre 2020 e terminava alle ore 18.46 dello stesso giorno;
- che l'offerta migliore tra quelle ammesse, col ribasso a corpo più alto, è stata della ditta FISIOSVILUPPI SRL €, che ha offerto €. 3.380,00;
- che la piattaforma MePa ha prodotto in via automatica il file riepilogativo dell'attività svolta e che si allega al presente per formarne parte integrante, contenente le offerte presentate, le ditte ammesse ed escluse, i riferimenti temporali della stessa attività svolta e la classifica provvisoria della procedura di gara;
- che si procedeva al calcolo dell'anomalia in quanto il numero delle offerte valutate risultavano essere superiori a 15; seguendo la procedura prevista dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la soglia di anomalia risultava essere pari al 74,81032 % di ribasso;
- che la ditta FISIOSVILUPPI SRL offriva un ribasso superiore a tale soglia di anomalia, ma veniva ritenuta congrua tale offerta per una ricerca di mercato effettuata (ricerca sul prezzo presente sul mercato e valutando la possibilità di offerta adeguata considerando l'economia di scala derivante dalla quantità del prodotto messo a gara - 10000 unità), e per una ricerca sull'affidabilità della ditta (verifiche camerali, durc, analisi dell'oggetto sociale e del capitale sociale);

Dato atto che per il LOTTO 3:

- che l'esame delle buste tecniche (non oggetto di valutazione ma solo di approvazione) iniziava alle ore 09.02 del 15 dicembre 2020 e terminava alle ore 12.41 del 16 dicembre 2020;
- che venivano escluse le seguenti ditte (in tale sede non è stato possibile ricorrere al soccorso istruttorio in quanto lo stesso avrebbe cambiato l'offerta dell'operatore economico; l'esclusione è stata opportunamente comunicata alle ditte con l'apposita funzione "Comunicazioni" sulla piattaforma MePa):
Clevex; Gerhò; Medical European Forniture; Myo s.p.a.; New Business; Varnerin (file caricato al sistema non si apre); Well Factory (presente anche documentazione incompleta) = Concorrenti esclusi per mancanza dati tecnici previsti da Capitolato Speciale d'Appalto;
Fiab = Concorrente escluso per non aver allegato foto del prodotto, così come previsto da CSA;

- che l'esame delle buste economiche relative iniziava alle ore 11.37 del 21 dicembre 2020 e terminava alle ore 15.30 del 22 dicembre 2020;
- che veniva esclusa la ditta COMETA DISTRIBUZIONE in quanto il file caricato al sistema non è firmato digitalmente;
- che l'offerta migliore tra quelle ammesse, col ribasso a corpo più alto, è stata della ditta La Casalinda, che ha offerto €. 980,00;
- che la piattaforma MePa ha prodotto in via automatica il file riepilogativo dell'attività svolta e che si allega al presente per formarne parte integrante, contenente le offerte presentate, le ditte ammesse ed escluse, i riferimenti temporali della stessa attività svolta e la classifica provvisoria della procedura di gara;
- che si procedeva al calcolo dell'anomalia in quanto il numero delle offerte valutate risultavano essere superiori a 15; seguendo la procedura prevista dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la soglia di anomalia risultava essere pari al 38,3898 % di ribasso;
- che la ditta La Casalinda offriva un ribasso superiore a tale soglia di anomalia, ma veniva ritenuta congrua tale offerta per una ricerca di mercato effettuata (ricerca sul prezzo presente sul mercato e valutando la possibilità di offerta adeguata considerando l'economia di scala derivante dalla quantità del prodotto messo a gara – 1000 unità), e per una ricerca sull'affidabilità della ditta (verifiche camerali, durc, analisi dell'oggetto sociale e del capitale sociale);

Dato atto che per il LOTTO 4:

- che l'esame delle buste tecniche (non oggetto di valutazione ma solo di approvazione) iniziava alle ore 09.51 del 14 dicembre 2020 e terminava alle ore 17.17 del 16 dicembre 2020;
- che venivano escluse le seguenti ditte (in tale sede non è stato possibile ricorrere al soccorso istruttorio in quanto lo stesso avrebbe cambiato l'offerta dell'operatore economico; l'esclusione è stata opportunamente comunicata alle ditte con l'apposita funzione "Comunicazioni" sulla piattaforma MePa):
Concorrenti esclusi per distanza di misura non conforme a quanto richiesto dal CSA Distanza 0 – 3 cm o non indicata = All in one (1-3); Ci.Gi. Service (1-3); Farmax (non presente); Ikon (2-3); La Casalinda (2-3); Medical European (2-3); Medfix (0-3); Nuova Ecoscan (non presente); Otc s.r.l. (1-3); Partenufficio (2-3) =
Concorrenti esclusi per altra motivazione = Articoli Protettivi Mispia, non indicate specifiche tecniche; Ge.Ve.Nit., mancano alcune specifiche tecniche; Italtortopedia, specifiche tecniche non leggibili; L'antinfortunistica, foto prodotto non corrisponde con foto presente su scheda tecnica; Lepacom, non specificato indicatore di umidità; Newbusiness, no scheda tecnica allegata; Passion, no scheda tecnica allegata; Tau Medica, tolleranza termometro non conforme a quanto previsto da CSA;
- che l'esame delle buste economiche relative iniziava alle ore 10.43 del 21 dicembre 2020 e terminava alle ore 12.40 del 22 dicembre 2020;
- che l'offerta migliore tra quelle ammesse, col ribasso a corpo più alto, è stata della ditta MEDICAL CARE, che ha offerto €. 1.000,00;
- che la piattaforma MePa ha prodotto in via automatica il file riepilogativo dell'attività svolta e che si allega al presente per formarne parte integrante, contenente le offerte presentate, le ditte ammesse ed escluse, i riferimenti temporali della stessa attività svolta e la classifica provvisoria della procedura di gara;
- che si procedeva al calcolo dell'anomalia in quanto il numero delle offerte valutate risultavano essere superiori a 15; seguendo la procedura prevista dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la soglia di anomalia risultava essere pari al 39,6038 % di ribasso;
- che la ditta La Medical Care offriva un ribasso superiore a tale soglia di anomalia, ma veniva ritenuta congrua tale offerta per una ricerca di mercato effettuata (ricerca sul prezzo presente sul mercato e valutando la possibilità di offerta adeguata considerando l'economia di scala derivante dalla quantità del prodotto messo a gara – 100 unità), e per una ricerca sull'affidabilità della ditta (verifiche camerali, durc, analisi dell'oggetto sociale e del capitale sociale);

Dato atto che per il LOTTO 5:

- che l'esame delle buste tecniche (non oggetto di valutazione ma solo di approvazione) iniziava alle ore 09.06 dell' 11 dicembre 2020 e terminava alle ore 18.37 del 17 dicembre 2020;
- che venivano escluse le seguenti ditte (in tale sede non è stato possibile ricorrere al soccorso istruttorio in quanto lo stesso avrebbe cambiato l'offerta dell'operatore economico; l'esclusione è stata opportunamente comunicata alle ditte con l'apposita funzione "Comunicazioni" sulla piattaforma MePa):

Concorrenti esclusi per non aver indicato spessore visiera così come previsto da Capitolato Speciale d'Appalto = BFG; Big Start; Capri; Ci.Gi. Service; Dealfa; Densamedia; DoppiaVu; Di Lauro; Estintori PM; Ge.Ve.Nit; Ibis; Ikon s.r.l.s; Italtortopedia; Klinikom; Pds; Sir Safety; Starmed; Tau Medica; Vincal;

Concorrenti esclusi per aver proposto materiale diverso (policarbonato) da quello previsto da Capitolato Speciale d'Appalto = Cometa Distribuzione; Firecom; Fisisviluppi (materiale non indicato); L'antinfortunistica; Poligrafico Roggero;

Concorrenti esclusi per non aver indicato le specifiche tecniche richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto = All in one; Mega Pharma Ospedaliera; Myo s.p.a. ; Newbusiness; Resin Print;

- che l'esame delle buste economiche relative iniziava alle ore 10.07 del 21 dicembre 2020 e terminava alle ore 11.59 del 22 dicembre 2020;
- che l'offerta migliore tra quelle ammesse, col ribasso a corpo più alto, è stata della ditta CO.DI.SAN, che ha offerto €. 360,00;
- che la piattaforma MePa ha prodotto in via automatica il file riepilogativo dell'attività svolta e che si allega al presente per formarne parte integrante, contenente le offerte presentate, le ditte ammesse ed escluse, i riferimenti temporali della stessa attività svolta e la classifica provvisoria della procedura di gara;
- il sistema non procedeva al calcolo dell'anomalia perché il numero delle offerte presentate risultano inferiori a quello previsto dalla normativa vigente;

Dato atto che per il LOTTO 6:

- che l'esame delle buste tecniche (non oggetto di valutazione ma solo di approvazione) iniziava alle ore 18.41 del 10 dicembre 2020 e terminava alle ore 14.12 del 17 dicembre 2020;
- che venivano escluse le seguenti ditte (in tale sede non è stato possibile ricorrere al soccorso istruttorio in quanto lo stesso avrebbe cambiato l'offerta dell'operatore economico; l'esclusione è stata opportunamente comunicata alle ditte con l'apposita funzione "Comunicazioni" sulla piattaforma MePa):

Mancata indicazione delle specifiche tecniche delle barriere, così come richiesto dal C.S.A. = Visio Italia; Ugolini Natale & C. s.a.s.;

Il concorrente ha presentato un modello con misure diverse da quelle previste dal C.S.A. = Abintrax s.r.l.;

Concorrenti esclusi per mancanza indicazione spessore barriera o spessore inferiore rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto = MYO S.P.A.; MORGAN PUBBLICITA' DI CAIAZZO FRANCESCO; L'ANTINFORTUNISTICA; GIPLANET SPA; RESIN PRINT DI CAVAZZONI FELICE & C S.A.S.; IKON SRLS; INDUSTRIA GRAFICA FG;

Concorrenti esclusi per materiale (policarbonato) diverso da quello previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto = GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S.R.L.; POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA SIGLABILE P.R.T. S.P.A.; BUYONLINE;

- che l'esame delle buste economiche relative iniziava alle ore 09.44 del 21 dicembre 2020 e terminava alle ore 21.36 del 21 dicembre 2020;
- che l'offerta migliore tra quelle ammesse, col ribasso a corpo più alto, è stata della ditta New Business, che ha offerto €.4.500,00;
- che la piattaforma MePa ha prodotto in via automatica il file riepilogativo dell'attività svolta e che si allega al presente per formarne parte integrante, contenente le offerte presentate, le ditte ammesse ed escluse, i riferimenti temporali della stessa attività svolta e la classifica provvisoria della procedura di gara;
- il sistema non procedeva al calcolo dell'anomalia perché il numero delle offerte presentate risultano inferiori a quello previsto dalla normativa vigente.

Il RUP, ritenendo congrue le offerte presentate dalle Ditte FISIOSVILUPPI SRL per il lotto 2, LA CASALINDA per il lotto 3, MEDICAL CARE per il lotto 4, CO.DI.SAN per il lotto 5 e NEW BUSINESS per il lotto 6 procedeva alla proposta di aggiudicazione in favore delle stesse ditte-----

IL RUP, ALLA PRESENZA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE E TESTIMONE,
DICHIA RA

1)di proporre l'aggiudicazione per i diversi lotti come di seguito specificato:

Lot to	Descrizione articolo	Quantità	Importo unitario aggiudicat	Importo aggiudicato in euro	CIG	Ditta Aggiudicataria
--------	----------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	-----	----------------------

Sole

			o in euro iva esclusa	esclusa		
2	2) Mascherine di protezione FFP2 senza valvola - Iva al 5%	10000	€ 0,338	€ 3.380,00	ZC62F00180	FISIOSVILUPPI SRL
3	3) Camici monouso - Iva al 5%	1000	€ 0,982	€ 982,00	ZD12F00186	LA CASALINDA
4	4) Termometri frontali a raggi infrarossi - Iva al 5%	100	€ 10,00	€ 1.000,00	ZB42F0018D	MEDICAL CARE
5	5) Visiere/schermo facciale protettivo -- Iva al 5%	200	€ 1,80	€ 360,00	ZE72F00192	CO.DI.SAN
6	6) Barriera parafiato in plexiglass -- Iva al 22%	100	€ 45,00	€ 4.500,00	ZA22F0019A	NEW BUSINESS
	Totale importo iva esclusa			€ 10.222,00		
	Totale importo Iva compresa			€ 11.498,10		

precisando che si procederà ai controlli ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, della regolarità tributaria ai sensi del programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli, del rispetto dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 17 c. 5 del Codice dei Comportamenti del Comune di Napoli e della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC on line)-----

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso tramite l'apposita funzione comunicazione della piattaforma Me.Pa. Agli operatori economici-----

Si demanda al dirigente del servizio la stipula dei contratti per i diversi lotti tramite la sottoscrizione digitale dei documenti di stipula generati direttamente dalla piattaforma MePa-----

Il RUP inoltre propone di annullare in autotutela il Lotto 1, in quanto, a seguito di apposita istanza di rivalutazione di una ditta esclusa, lo scrivente rileva un errore nella descrizione tecnica del tipo di prodotto richiesto (*Mascherine chirurgiche: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici o lacci, di tipo I, omologata alla EN 14863 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia"), da parte dell'Istituto Superiore della Sanità o dell'INAIL che accerti la rispondenza del prodotto a tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa*). Nello specifico, è richiesta l'omologazione alla EN UNI 14683/2019, che per le mascherine di tipo I non richiede la prova di resistenza agli schizzi e quindi non può avere la relativa certificazione, prova che è prevista invece per le mascherine chirurgiche di tipo II; la Stazione Appaltante nel CSA richiedeva una mascherina di tipo I resistente agli schizzi, è evidente quindi l'impossibilità di in sede di gara di offerta che rispondesse ai requisiti richiesti. Si evidenzia altresì un errore di battitura nel CSA, in quanto la normativa risulta essere EN UNI 14683/2019 e non la 14863.

Si dà atto che i lavori terminano alle ore 14.00-----

Del che verbale, redatto in n. 5 pagine. Letto, confermato e sottoscritto.-----

IL RUP:

Cap. Barone Alfredo



Segretario Verbalizzante/Testimone:

A.C. Sebillio Salvatore

